

CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA

17-HIDROXIESTEROIDES

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
661.3	10443010007	Kit com 10 testes	Lote: 017 Fab: 15/12/11 Val: 15/06/12	16/12/11	RNA Laboratórios CQ

1. Método: Avaliação do desempenho do kit através da utilização de controle de qualidade externo comercial.

2. Controle de qualidade testado:

Controle de qualidade	Valores esperados mg/L			
	Lote	Nível alto	Nível médio	Nível baixo
Lyphocek Quantitative Urine Control – Bio-Rad – Nível 01	62271	-----	-----	7,90 – 11,20
Lyphocek Quantitative Urine Control – Bio-Rad – Nível 02	62272	17,90 – 20,90	-----	-----

3. Resultados encontrados:

Controle de qualidade	Valores encontrados mg/L		
	Nível alto	Nível médio	Nível baixo
Lyphocek Quantitative Urine Control – Bio-Rad – Nível 01	-----	-----	8,7
Lyphocek Quantitative Urine Control – Bio-Rad – Nível 02	18,6	-----	-----

4. Testes de funcionabilidade (controle de qualidade do kit):

Controle de qualidade do kit	Resultados esperados D.O.	Resultados encontrados D.O.
Primeiro mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO
Segundo mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO
Terceiro mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO
Quarto mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO
Quinto mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO
Sexto mês	NÃO APLICADO	NÃO APLICADO

- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- Analista	Greicy K. C. Echer CRF –PR 20336
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF –PR 20336

