

**CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA**

**UREASE *H. PYLORI***

<b>Cód. produto</b>	<b>Registro MS</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Produção</b>	<b>Data do teste</b>	<b>Testado por</b>
56.7	10443010012	Kit com 50 testes	Lote: 143 Fab: 24/10/11 Val: 24/04/12	27/10/2011	RNA Laboratórios LTDA CQ

**TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Mudança de cor para pink – positivo	Satisfatório
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Sem mudança de cor – negativo	Satisfatório
pH	4,4 – 4,8	4,50
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Coloração	Amarelo	Amarelo
Outras características	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

**TESTE DE ESTERILIDADE**

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2° C – 8° C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2° C – 8° C	SC/N
Análise de contaminação visual	24 horas	37° C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal


**TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÊM**

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25° C	2 - 8° C	> 36° C
Contaminação	6 meses	SC	SC	SC
Alteração de cor	6 meses	A	N	A
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	6 meses	A	Positivo	A
Semeadura direta com cepa padrão <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	6 meses	A	Negativo	A

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

**OBS:**

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy K. C. Echer CRF –PR 20336	
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF –PR 20336	