

**CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA**

**MEIO DE CULTURA HEKTOEN ENTERIC**

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
601.9	10443010014	Pacote com 10 placas 90X15mm	Lote: 011 Fab: 02/02/12 Val: 02/08/12	03/02/12	RNA Laboratórios LTDA CQ

**TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
<i>Escherichia coli</i> ATCC25922	Colônias cor salmão ou laranja Lac+ H2s-	Satisfatório
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colônias verdes ou transparente Lac- H2s-	Satisfatório
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colônias verdes ou transparente com centro negro Lac- H2s+	Satisfatório
pH	7.5	7.5
Coloração	Verde	Verde
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

**TESTE DE ESTERILIDADE**

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2°C-8°C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2°C - 8°C	SC / N
Análise de contaminação visual	24 horas	37°C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

**TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÊM**

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 -8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

**OBS:**

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ-Analista	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	