

CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA

MEIO DE RUGAI MODIFICADO

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
687.3	10443010013	Caixa com 10 tubos 13x100mm	Lote: 047 Fab: 08/02/12 Val: 08/08/12	09/02/12	RNA Laboratórios LTDA CQ

TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Cepa padrão:	LTD GLI GAS H2S URE LIS MOT IND	
K. pneumoniae ATCC:13833	- + + - + + - -	Satisfatório
S. flexneri ATCC:12022	- + - - - - - -	Satisfatório
S. typhimurium ATCC:14028	- + + + - - + + -	Satisfatório
E. coli ATCC:25922	- + + - - - + + +	Satisfatório
P. aeruginosa ATCC:27853	- - - - - NA + -	Satisfatório
P. mirabilis ATCC:25933	+ + + + + - + +	Satisfatório
pH	Meio de Rugai: 7,4+/-0,2 Meio Lisina Motilidade 6,5+/-0,2	Meio de Rugai: 7,4 Meio Lisina Motilidade 6,4
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Coloração	Meio de Rugai: Verde levemente opalescente Meio de Lisina Motilidade: Púrpura levemente opalescente	Satisfatório

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

TESTE DE ESTERILIDADE

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2 a 8° C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2 a 8° C	SC/N
Análise de contaminação visual	24 horas	37° C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÊM

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 - 8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão: K. pneumoniae ATCC:13833	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão S. flexneri ATCC:12022	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão S. typhimurium ATCC:14028	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão E. coli ATCC:25922	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão P. aeruginosa ATCC:27853	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão P. mirabilis ATCC:25933	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

OBS:

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336

